



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Detector Fetal

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.576,00

TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY/TAMANHO MONITOR/ALIMENTAÇÃO: DE MESA/DIGITAL/POSSUI/DE 3' A 5'/REDE ELÉTRICA E BATERIA

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Foco Refletor Ambulatorial

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 668,00

- ILUMINAÇÃO: LED- HASTE: FLEXÍVEL

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Fotopolimerizador de Resinas

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.172,00

TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Câmara para Conservação de Imunobiológicos

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 14.828,00

- MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO) : AÇO INOXIDÁVEL 304- CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS | SISTEMA DE EMERGÊNCIA | REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS | POSSUI | POSSUI- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI- DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI- SENSORES INTERNOS: POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2º C E +8 C

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Impressora Laser (Comum)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.193,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Mocho

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 591,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ENCOSTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO | FERRO CROMADO | POSSUI | A GÁS

SIGEM



Prefeitura de **MANDIRITUBA**

Pregão Eletrônico Nº 034/2023

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA-PARANÁ
CNPJ: 76.105.550/0001-37
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**PROCESSO EXCLUSIVO A PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº123/2006.**

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 034/2023
TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023
DATA DE ABERTURA: 04/04/2023 ÀS 09h00min

1. PREÂMBULO

1.1. **O MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA**, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.550/0001-37, sediado à Praça Bom Jesus nº 44, Centro, Mandirituba/PR, por meio do 076/2023, devidamente autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, Luis Antonio Biscaia, em conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013 e pelos Decretos Municipais 1038/2007, 142/2009 e 943/2021, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata, torna pública a realização de procedimento de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO**, tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ (SESA)**, em atendimento a Secretaria de Saúde, obedecendo ao seguinte calendário:

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
DIA: 04 de abril de 2023
HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras
CÓDIGO UASG: 455978

1.1.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

1.2. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras, conforme datas e horários definidos acima:

1.3. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá, no site www.gov.br/compras, nos termos das condições descritas neste Edital.

2. DO EDITAL, OBJETO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Página 1 de 42

Praça Bom Jesus nº44, Bairro Centro, Mandirituba-PR Fone/Fax: (041) 3626-1122 Ramal: 224

www.mandirituba.pr.gov.br

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #efc735f753ec52ea620cc685cfe60c82db60e04c69c3d2006a460c6509a8a8be
<https://valida.ae/0b260a568ba71b3f7e7fc506b40d5084cf41ccf59214a7bd8>





Prefeitura de MANDIRITUBA



Pregão Eletrônico Nº 034/2023

			periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.		
2	14	UND	NOBREAK bivolt (110/220V), potência mínima de (Va/W) 700VA, bateria selada interna de primeira linha à prova de vazamento, preto, porta-fusível de proteção de entrada AC comunidade reserva, recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, circuito desmagnetizador, seis (06) tomadas de saída, com cabos de alimentação. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 555,67	R\$ 7.779,38
3	20	UND	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO, com braços reguláveis, confeccionada em aço, estofada em courvin/couro sintético na cor preta, com braço digitador com regulagem de altura. Assento e encosto em madeira prensada a quente, moldada anatomicamente dentro das normas ergométricas exigências da NR17 e NBR 13962. Encosto com corte ergonômico cervical, assento anatômico estofados, com espuma injetada de alta densidade e indeformável, revestidos em courvin/couro sintético texturizado, na cor preta. Ligação entre assento e encosto através de suporte em tubo de aço calibrado, não sendo o mesmo recoberto por plástico sanfonado. O encosto deverá ter mecanismo que permita sua flutuação. Coluna central em tubo trefilado com proteção telescópica, com regulagem de altura do assento à gás. Base giratória com 05 hastes nylon e 05 rodízios duplos de nylon. Partes metálicas com banho desengraxante e tratamento antiferruginoso com pintura epóxi pó texturizado. Medidas aproximadas: Assento: 475mm (largura) x 445mm (profundidade) x 50mm (espessura). Encosto: 400mm (largura) x 340mm (profundidade) x 50mm (espessura). Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.	R\$ 531,04	R\$ 10.620,80

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #e1c7a5f753ec52ea620cc685cfe60c82db60e04c69cadd2006a460c6509a8a8be
<https://valida.ae/0b260a568ba71b3f7e7fc506b40d5084cf11ocf59214a7bd8>





MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2023

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2023

Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Valor Máximo: O preço total máximo é de **R\$ 299.949,04** (Duzentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).

Recebimento das Propostas: das 08h00m do dia 26/05/2023 as 08h30m do dia 16/06/2023.


Abertura das Propostas: das 08h31m do dia 16/06/2023 as 10h:00m do dia 16/06/2023.

Início da Sessão da Disputa de Preços: 10h01m. do dia 16/06/2023.

Informações Complementares: O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites www.contenda.pr.gov.br e bllcompras.com ou no Departamento de Licitações, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 h às 17:00h. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones: (41) 3625-1212.

Contenda/PR, 24 de maio de 2023

Fabio Santos Fernandes
Pregoeiro
Decreto nº 506/2021



MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2023

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO


1. OBJETO

- 1.1. O presente Pregão tem por objeto a **Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal**, conforme especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência.
- 1.1.1. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:


OS ITENS DE 01 A 18 DESCRITOS NO ANEXO I DESTA LICITAÇÃO SÃO DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 48, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E SUAS ALTERAÇÕES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Ar condicionado. Splint hi wall 12.000 BTU (quente/frio) Roupeiro de aço 4 Vãos 8 portas com fechadura: Pandin bege areia 1,90 m: Dimensões (Largura x Altura x Profundidade): 1380mm x 1930mm x 400mm. Medidas externas do roupeiro: Altura: 193 cm; Largura: 138 cm; Profundidade: 40 cm. Medidas internas dos vãos: Altura: 86 cm; Largura: 28 cm; Profundidade: 37,5 cm. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio n Graus 26 (0,45mm). Roupeiro de aço totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vãos com 8 portas sobrepostas em aço com encaixe total por dentro do vão, com fechamento através de pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) ou podendo receber opcionalmente fechadura tipo yale, furação para ventilação em cada porta, dois cabides de encaixe por vão, pés removíveis na cor preta em polipropileno alto impacto por sistema de canaletas, oferecendo assim maior segurança ao usuário.	08	Unidade	R\$ 2.473,99	R\$ 19.791,92
02		05	Unidade	R\$ 1.634,67	R\$ 8.173,35




MUNICÍPIO DE CONIÊNDA
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03	Mesa Aço Inox: Produzida totalmente em Aço Inoxidável AISI 201 de alta qualidade e resistência. Ideal para a utilização em cozinhas, padarias, açougues, frigoríficos, restaurantes e no comércio em geral. Suas duas prateleiras são reforçadas, suportando 300 kg na tampa superior e mais 100 kg na tampa inferior. Possui pés ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança. Comprimento: 150 cm, largura: 60 cm, altura: 80 cm, peso líquido: 29,8 k	04	Unidade	R\$ 1.305,64	R\$ 5.222,56
04	Buffet para Refeitório Descrição Carro Térmico Quente 6 Cubas. Características: O Carro Térmico Quente de 6 Cubas , é construído em aço inox brilhante AISI430, suas cubas gastronômicas (GNs) em aço inox AISI304, a estrutura tubular possui pintura eletrolítica, seus rodízios possuem trava, o protetor salivar é em aço inox brilhante AISI430 e possui iluminação fluorescente. O aquecimento e controle da temperatura são realizados através de resistência (2.000W ou 2.500W), termostato do tipo capilar de bulbo (20 a 120 oC) e lâmpada piloto. Modelo Quente Resistência, Cores, Inox. Especificações do Produto 6 Cubas: (C x P x A) 1120 x 595 x 1255mm Voltagem: 110V ou 220V. POTÊNCIA 110V: 2.000 W Consumo 110V: 2,0 Kw/H POTÊNCIA 220V: 2.500 W Consumo 220V: 2,5 Kw/H	01	Unidade	R\$ 2.357,67	R\$ 2.357,67
05	Cadeira de Rodas Hospitalar tipo higiênica para banho e uso direto no vaso sanitário: Estrutura tubular em aço, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura epóxi; rodas traseiras de 6" com pneus maciços giratórios; rodas dianteiras de 6" com pneus maciços; freios bilaterais dianteiros; assento sanitário com abertura frontal; apoio de pés escamoteável; apoio de braços removíveis. Encosto com punho tipo bengala com manopla e revestimento em capa impermeável. Dobrável.	05	Unidade	R\$ 389,30	R\$ 1.946,50
06	Cadeira de Rodas Normal: mesmo do original. Em tubos de aço carbono com encosto e assento duplo em nylon, encosto com tubo 7/8, dobrável em "x", freios com manopla bilaterais, arô impulsador bilateral em nylon injetado com 8 pontos de fixação, apoio para os braços fixo com suporte em nylon injetado, apoio para os pés fixos com barra de reforço, com pedal em nylon injetado rebatível lateralmente, rodas dianteiras arô 6" com pneus maciços, rodas traseiras arô 24" em nylon injetado com fibra com oito raiais, com pneus maciço, com rolamento duplo blinda do fixado com porca travante (partlock) com calota protetora, garfos em aço carbono achatado e maciço, pintura epóxi.	05	Unidade	R\$ 675,00	R\$ 3.375,00
07	Cadeira de Rodas Obeso: 160 kg Largura do assento: 60 cm Profundidade do assento: 52 cm	03	Unidade	R\$ 2.436,34	R\$ 7.309,02




MUNICÍPIO DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08	Altura do encosto: 50 cm Altura do assento no chão: 59 cm Comprimento total da cadeira: 100 cm Largura total aberta: 81 cm Largura total fechada: 36 cm Altura do chão a manopla: 93 cm Altura do chão ao apoio de braço: 69 cm Altura do assento ao apoio de braço: 19 cm Capacidade máxima de peso: 160 kg, Peso da cadeira de rodas: 16 kg, Assento e encosto em nylon; Dobrável em "X"; Apoio para os braços removíveis em poliuretano injetado; Produto: Dimensões: 90.0 cm x 66.0 cm x 87.0 cm (CxLxA)	02	Unidade	R\$ 6.470,67	R\$ 12.941,34
09	Carro de Emergência e Parada: Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epóxi, o carro da Ecafif, possui tampo da mesa superior em polímero liso, dividido em dois módulos rebaixados. Tem quatro rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo dois deles frontais, dotados de freios nas rodas. Possui bandeja (suporte) com giro livre de 360 graus para acomodação de desfibrilador, monitor ou cardioversor. O gaveteiro é composto de quatro gavetas, sendo uma com bandeja de 18 divisões para armazenamento de medicamentos, duas para instrumentos convencionais e uma grande, gavetão, para instrumentos maiores e uso geral. O para-choque é emborrachado e instalado em toda a extensão do perímetro lateral. É dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e quatro tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação de equipamentos diversos.	01	Unidade	R\$ 4.546,34	R\$ 4.546,34
10	Carro para transporte de roupa limpa hospitalar ou hotelaria com 2 prateleiras: Atenção: rodízio metálico e duas prateleiras Especificações: - Duas portas com duas prateleiras - Base com cantoneiras de aço carbono - Cabo de locomoção em aço inox - Para-choque de borracha em toda volta - Estrutura em chapa de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática - Rodízios giratórios de 5", sendo dois com freios - Medidas 0,47x0,96x1,00m CARDIOVERSOR – ECG / RESP / DESF / DEA / PMS / CTR / MP /				



MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2023


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	<p>SPO2 / PNI / PRINTER: Cardioversor/defibrilador: monitor de no mínimo 7", defibrilador bifásico - peso aproximado 7 kg. alça para transporte. pronto para usar em menos de 6 segundos. desenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência ou uso em locais fixos. energia bifásica entregue de até 360 joules. apresentar no mínimo 3 curvas simultâneas na tela. bateria interna, fácil de substituir sem a necessidade de uso de ferramenta, permite mais de 100 choques. todas as operações concentradas em apenas dois botões. comandos claros e intuitivos baseados no padrão 1, 2, 3. acesso rápido às principais funções. interface em português que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros, apresentando as informações de forma mais clara e organizada. função de auto sequência de carga - quando habilitada, carrega energias pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. alarmes inteligentes de monitoração. equipado com o módulo dea - defibrilador externo automático, se torna ainda mais completo e conveniente, sendo ideal para o acompanhamento de pacientes em alto risco porque conta com a tecnologia de prevenção de morte súbita (pms). esta característica faz com que monitor e o paciente continuamente e identifique o início de um episódio de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular rápida. nesta situação, o equipamento aciona um alarme visual e sonoro, alertando a equipe e permitindo que o paciente seja tratado com choque em um tempo muito menor, aumentando significativamente as chances de reversão da parada cardiorrespiratória. tecnologia ctr (checagem em tempo real). módulo defibrilador externo automático (dea). modo prevenção de morte súbita (pms). ecg (eletrocardiograma) até 12 derivações. oximetria (spo2). marcapasso não invasivo. impressora e pressão não invasiva (pni). bateria recarregável removível. duração: bateria com carga plena 3 horas em modo monitor ou um mínimo de 130 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. memória: > 150 pacientes. armazenagem: 15 segundos de ecg quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. índice de proteção: ipx1. defibrilador: forma de onda: exponencial truncada bifásica. parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. aplicação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de defibrilação. defibrilação adulto/externa: escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250,</p>	01	Unidade	R\$ 43.143,34	R\$ 43.143,34



MUNICÍPIO DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ


EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11	<p>300 e 360 joules. energia máxima limitada a 50 j com pás internas ou infantis. comandos: botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo. seleção de energia: botão de terapia no painel frontal. comando de carga: botão no painel frontal, botão nas pás externas. comando de choque: botão no painel frontal, botões nas pás externas. comando sincronizado: botão sinc no painel frontal. auto sequência de carga: quando habilitada carrega energias. pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. indicadores de carga: sinal sonoro de equipamento carregando. sinal sonoro de carga completa. led nas pás externas e nível de carga indicada no display. tempo máximo de carga: (200 j): rede e bateria < 4 s. (360 j): rede e bateria ≤ 6 s. auto teste automático, com indicação de serviço quando um erro é detectado, com bolsa para transporte.</p> <p>Eletrocardiógrafo portátil com aquisição simultânea de 12 derivações em uma única página. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento. Alimentação AC 100 a 240 V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia para 100 exames. Impressão em 12 canais no formato A4 no próprio equipamento. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade de, ltr os e frequência cardíaca. Laudo interpretativo. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Comunicação com computador que possibilite visualizar, enviar e arquivar os exames. Deve acompanhar software que permite aquisição dos exames, verificação da qualidade do exame e ferramentas de laudos como régua, zoom e banco de frases personalizáveis. Acompanha: 01 cabo paciente 10 vias, 01 eletrodo reutilizável pré-cordial tipo cinta e 04 eletrodos reutilizáveis de membro; 01 tubo de gel para eletrodos; 01 rolo de papel termo sensível. Manual de instruções em português. Deverá apresentar Carta de autorização do detentor do Registro, fabricante ou Importador autorizando o fornecimento do equipamento, para garantia de procedência legal. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses</p>	01	Unidade	R\$ 7.930,02	R\$ 7.930,02
12	<p>Monitor de sinais vitais para paciente adulto, pediátrico e neonato: Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Respiração. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão Não Invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg. 02 canais de Temperatura com faixa de medição de</p>				



MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTI DADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
13	<p>15 a 45 graus Celsius. – “Tela de cristal líquido colorida de matriz ativa de 10.4” para melhor visualização. Congelamento de imagem. Análise de segmento ST, arritmias. Bateria de lítio de alta performance, com autonomia mínima para duas horas. Alimentação de 100 a 240V. Memória interna para 128 horas de armazenamento de dados. Alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme; suporte para fixação em macas integrado na alça. Peso de aproximadamente 4kg com a bateria. Deverá acompanhar: 01 cabo paciente de 5 vias; 01 braçadeira reutilizável adulto e 01 cabo de energia 01 Sensor de oximetria tipo clipe adulto e 01 sensor de oximetria pediátrico tipo Y, 01 sensor de temperatura de pele Manual de instruções em português.</p> <p>Oxímetro de pulso portátil - Visor LED com retro iluminação ajustável para melhor visualização em variadas condições de luz Exibição numérica para saturação de oxigênio e frequência de pulso Indicação da força de pulso, carga da bateria, sensor desconectado, alarmes, função Data/Hora. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB com computador. Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Alimentação através de 04 (quatro) pilhas alcalinas “AA”</p> <p>Várias opções de sensores</p> <p>IP22 para maior proteção do equipamento contra o ingresso de materiais particulados e líquidos acompanha 01 sensor adulto tipo clipe e 01 sensor pediátrico tipo clipe</p>	01	Unidade	R\$ 12.542,67	R\$ 12.542,67
14	<p>Poltrona Hospitalar Reclinável Poltrona Hospitalar reclinável estrutura em aço carbono com tratamento antioxidante e pintura epóxi pó/estofamento anatômico em espuma de alta densidade, revestido por courovin/possui colchonete removível para limpeza/braços articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito/movimentos de encosto e pesseira independentes acionado por meio de alavancas laterais; encosto acionado através de amortecedor pneumático possibilitando várias posições/pesseira acionada por meio de cremalheira/pes com acabamento nivelador, capacidade 160 kg – na cor azul claro.</p>	05	Unidade	R\$ 3.463,94	R\$ 17.319,70
15	Smart TV 32” Led Smart Full HD com Conversor Digital	05	Unidade	R\$ 1.418,70	R\$ 7.093,50
16	Smart TV 43” Led Full HD com conversor digital	02	Unidade	R\$ 1.806,70	R\$ 3.613,40



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023

PROCESSO N° 078/2023

987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos diversos de acordo com a Resolução SESA 860/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

RS 118.145,03 (cento e dezoito mil, cento e quarenta e cinco reais e três centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA


Dia 29/06/2023 às 08hrs:00min (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:


Menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

Aberto



Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos diversos de acordo com a Resolução SESA 860/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.


LOTE 01: EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	CATMAT	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	437845	04	UN	APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.	4.528,77	18.115,08
2	407027	01	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade de operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação	875,40	875,40



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

3	413208	01	UN	<p>de 45°. Alto torque confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Garantia: 01 (um) ano.</p> <p>COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - Com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica.</p>	5.333,33	5.333,33
4	407106	01	UN	<p>CONTRA ÂNGULO - Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com</p> <p>Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1,</p>	806,85	806,85




MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

5	407016	01	UN	<p>Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Garantia 01 (um) ano.</p> <p>MICROMOTOR - Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Garantia 01(um) ano.</p>	684,97	684,97
6	407918	04	UN	<p>MOCHO ODONTOLÓGICO de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base giratória com 5 rodízios resistentes, que suportam até 250 kg. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Cor a ser definida antes da entrega do objeto</p>	549,66	2.198,64
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 28.014,27						

LOTE 02: EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA


ITEM	CATMAT	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	--------	--------	---------	---------------	-------------	-------------

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR
CNPJ 76.205.681/0001-96
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300
CEP 85.610-000 – Renascença – PR
www.renascenca.pr.gov.br




MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

7	448818	2	UN	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE GRANDE PORTE - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter). - Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia 01 (um) ano</p> <p>APARELHO PARA INALAÇÃO DE USO INDIVIDUAL - Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.</p>	10.825,55	21.651,10
8	435789	2	UN	<p>ARMARIO DUAS PORTAS - corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo</p>	152,20	304,40
9	603814	3	UN		960,03	2.880,09



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

				<p>superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.</p>		
10	344981	3	UN	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica</p>	2.003,33	6.009,99
11	472667	3	UN	<p>BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no</p>	950,50	2.851,50



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

12	483343	5	UN	<p>mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p> <p>BALCÃO DUAS PORTAS - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR:</p>	1.173,00	5.865,00
----	--------	---	----	--	----------	----------


MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

13	602320	8	UN	<p>branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇOS TAMANHO MÉDIO - CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%.</p>	862,60	6.900,80
----	--------	---	----	---	--------	----------


MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300


CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

14	605972	2	UN	Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. COMPUTADORES - Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8. Garantia de 01 (um) ano. DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO (DEA) - aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. -	2.651,50	5.303,00
15	416008	1	UN		11.160,00	11.160,00



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

16	433840	6	UN	<p>Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.</p> <p>DETECTOR FETAL - equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação de frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a</p>	1.029,50	6.177,00
----	--------	---	----	---	----------	----------


MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300


CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

				<p>240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ\text{Á}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; acompanhar tubo com gel; acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento</p> <p>ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PORTÁTIL INFANTIL - Manômetro aneroide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com</p>		
17	432706	3	UN		144,33	432,99





MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 047/2023

REGISTRO DE PREÇOS

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/06/2023

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 10:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná

www.gov.br/compras/pt-br "Acesso Identificado"

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º95.589.230/0001-44, através da Secretaria de Administração, localizada na Avenida 13 de maio - 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para atender à solicitação da **Secretaria solicitante**, cujo o objeto é Registro de Preços para aquisição de equipamentos odontológicos, com recurso proveniente do incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme Especificação Técnica dos Equipamentos de acordo com a Resolução SESA n.º773/2019/ Resolução SESA n.º 860/2022 Saúde da Família, presentes neste termo.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

28 de junho de 2023 as 10:00 horas

UASG: 985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR

Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/pt-br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Lei Municipal n.º. 3.906 de 1.º de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n.º. 4.378 de 09 de março de 2016, Decreto Municipal n.º 251, de 20 de maio de 2020 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.

São Pregoeiros deste Município de Cruzeiro do Iguaçu, Sirlei da Rocha e Kelli Moresqui, designados pelo Portaria n.º 6070/2023 de 14 de março de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição 2.529.

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA

- 1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/pt-br.
- 1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá **28 de junho de 2023 as 10:00 horas**, no site www.gov.br/compras/pt-br, nos termos das condições descritas neste Edital.

2 DO OBJETO



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

		procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná			
02	18	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná	ANVISA	574,72	10344,96
03	20	Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável - autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável-autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável - autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável - autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox - autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inoxautoclavável Hollemback 3 S de aço inoxautoclavável		12,82	256,40



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

04	01	Tablet Tela 10" ou maior, memória RAM 4GB mínimo, armazenamento interno: 32GB ou superior, processador: octacore ou superior, câmera frontal até 8MPX ou superior, conectividade: wi-fi, 3g, 4g, bluetooth, sistema operacional: proprietário.		1509,10	1509,10
05	03	Fotopolimerizador LED sem fio, indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm ² ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	ANVISA	737,20	2211,60
06	02	Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato, equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem.	ANVISA	2778,50	5557,00
07	01	Compressor de Ar Odontológico, com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica.	ANVISA	3698,67	3698,67

