



Prefeitura Municipal de Capanema

PORTARIA 5719/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO: 059 - MODALIDADE - Pregão

Considerando que o procedimento licitatório esta de acordo com lei nº 8666/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Pregão nº 059/2013, objeto: AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM ECG/DEFIBRILADOR COM IMPRESSORA TÉCNICA, SPO2 (OXIMETRIA) COM SENSOR, CABOS ECG E PRESSÃO NÃO INVASIVA PNI, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA - PR. Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item;

VENCEDORES						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	1	1	CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM ECG/ DEFIBRILADOR, PORTÁTIL, TRANSPORTÁVEL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, MICROPROCESSADO, UTILIZADO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA DOS SINAIS VITAIS, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PÁS NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR DE FORMA SIMPLIFICADA PASSOS 1-2-3. AJUSTE E CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS ATRAVÉS DO MENU EQUIPAMENTO ACESSADO PELO BOTÃO GIRATÓRIO (NAVEGADOR. PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS , INFANTIS E NEONATAIS. EQUIPAMENTO COM ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, VERSÕES 200 JOULES DE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INFANTIL (PÁ EXTERNA) E DE 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,70,90,100,110,120,150,180 E 200 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO (PÁ EXTERNA). CARGA INFANTIL LIMITADA AUTOMATICAMENTE EM 50 JOULES QUANDO DA DESCONEXÃO DA PÁ ADULTA EM QUALQUER VERSÃO. O EQUIPAMENTO EM MODO AUTOMÁTICO DEVE OBEDECER A ESCALA DE 150-200 E 200	CMOSDRAKE - LIFE FUTURA 400 PLUS	1,00	21.875,00



Prefeitura Municipal de Capanema

		<p>Joules. A ativação de carga deve ser possível tanto pelas pás, como pelo painel e pelo botão navegador, quando selecionado pelas pás, utiliza-se a pá Apex para selecionar a energia, a pá sternum para carregar e pressionando simultaneamente os dois botões sendo um em cada pá para disparar. Pelo painel utiliza-se o sistema 1-2-3, que deve consistir em 1 para selecionar a energia, 2 para carregar e 3 para disparar (tratamento). Deve possuir detecção e rejeição do pulso de marca-passo, pás permanentes intercambiáveis adulto e infantil, multifuncionais. Pás descartáveis para utilização do marca-passo e modo DEA. Análise automática da impedância torácica do paciente. Detecção de impedância na faixa de 25 Ohm à 50 Ohm para disparos. Display de cristal líquido colorido com aproximadamente 6" de medida diagonal, de alta resolução com indicação clara das fases, carregando, pronto, descarregando e desarmando. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga. Programação de indicador de beep, status da bateria e outros. Indicador de contato das pás no tórax do paciente por bargraph no display e nas pás de choque, traçado de ECG, traçado de SpO2, traçado de ETCO2, traçado de PI, dados da PNI, derivações, frequência cardíaca, indicador do beep, faixa de oximetria de pulso com valores da saturação, pulso, status da bateria, alarmes máximos e mínimos de todos parâmetros, pulso de marca-passo, energia selecionada, energia entregue, filtro,</p>			
--	--	---	--	--	--



Prefeitura Municipal de Capanema

		<p>VELOCIDADE DO TRAÇADO, AMPLIFICADOR, INDICADOR DE CARGA DA BATERIA, LED INDICATIVO DE ESTÁ CARREGADO OU EM CARREGAMENTO. ALARMES DE ELETRODO SOLTO, BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BAIXA E ALTA DE SPO2, SENSOR DESCONECTADO, MANGUITO SOLTO, ALARMES DE BAIXA E ALTA DE PNI, PI, ETCO2, BATERIA FRACA. BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 220 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA E ATÉ 10 HORAS DE MONITORAMENTO COM BATERIA EM PLENA CARGA. RECARGA TOTAL DE 100% EM ATÉ 04 HORAS, 90% EM ATÉ 3,5 HORAS. TEMPO DE CARGA COM BATERIA NOVA E PLENAMENTE CARREGADA OU PELA ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, MENOR QUE 5 SEGUNDOS PARA 200 JOULES E MENOR QUE 6 SEGUNDOS PARA 270 E 360 JOULES. ANULA CARGA ATRAVÉS DA TECLA CANCELAR COM INFORMAÇÃO NO DISPLAY OU DESCARREGA INTERNAMENTE EM 30 SEGUNDOS SE NÃO HOVER DISPARO. CRONÔMETRO RELÓGIO CONTADOR SE SEGUNDOS, DATA E CONTADOR DE CHOQUES. EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR AUTO TESTE DIÁRIO AO SER LIGADO E TESTE DE FUNCIONAMENTO NAS PÁS COM INDICAÇÃO LUMINOSA. IDIOMA DO SISTEMA EM PORTUGUÊS. REALIZA DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS, COM O TEMPO DE ENTREGA DE ENERGIA MENOR QUE 20ms. TEMPO MÁXIMO DE RETARDO PARA ESTABILIZAÇÃO DO SINAL EM 5 SEGUNDOS APÓS CONEXÃO IDEAL DO SENSOR AO PACIENTE. MEMÓRIA INTERNA, INCLUINDO CURVA, DATA E HORA COM CAPACIDADE PARA 250 MB CORRESPONDENDO A MAIS DE 100 HORAS DE GRAVAÇÃO CONTÍNUA, PERMITINDO REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO,</p>			
--	--	---	--	--	--



Prefeitura Municipal de Capanema

		EVENTOS CRÍTICOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS. DEVE POSSUIR CONEXÃO COM ENTRADA PARA UTI MÓVEL – 12 VDC, GRAU DE PROTEÇÃO IP 22, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VAC – 50/60 Hz. O EQUIPA			
--	--	---	--	--	--

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Nº 059/2013, R\$ 21.875,00 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais).

Homologo a presente licitação,

CAPANEMA, 25 de outubro de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL